

國立勤益科技大學化工與材料工程系技術服務收費標準

項次	儀器名稱	校外學術單位	校外非學術單位
1	水氣透過率測試儀 WVTR	1300/片(24hr)	1800/片(24hr)
2	氧氣透過率測試儀 OTR	2300/片(24hr)	2800/片(24hr)

PS：測試紙本報告 1份50元

WVTR 測試之相關條件：ASTM F-1249

Model：Mocon Permatran-W® 3/61


Range：0.1 gm/m²·day-1200 gm/m²·day

OTR 測試之相關條件：ASTM D3985-95

Model：Mocon OX-2/61

Range：0.5 cc/m²·day-1000 cc/m²·day

測試試片大小：如方便請提供 A4 大小或



如測試試片為 6*6cm 請提供 2 片以上

PS：

1. 測試 OTR、WVTR 廠商請提供測試**濕度條件**、**溫度**及**檢測時間**。
2. 測試 WVTR 廠商未提供測試濕度條件會以 RH100 做測試。
3. 如材質為鋁箔請提供 A4 大小測試。

繳費辦法：校外送測依小型檢驗方式處理，測試完畢後送申請單，開立收據以向廠商請款。廠商應於收到收據後於 2 個月內 儘速付款，若未能付款，則該廠商暫停送測，待繳清前款後再行測試。

收件聯絡地址：台中市太平區中山路一段 215 巷 35 號 化材系 E708 實驗室

國立勤益科技大學 化工與材料工程系 實驗室：E708 陳英鳳同學

連絡電話：(04)2392-4505*7578